

Томский манометровый завод

**МАНОМЕТР, МАГ.ЭВАКУУММЕТР,
ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ**

(тип прибора)

№ _____

1. Основные технические характеристики

1.1. Пределы измерений, кгс/см ²	_____
1.2. Класс точности	1,5
1.3. Резьба присоединительного штуцера	M20×1,5
1.4. Размер квадрата под ключ, мм	17×17
1.5. Масса, кг не более	

2. Комплект поставки

Наименование	К-во	Примечание
Прибор	1	
Паспорт	1	
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	При поставке потребителю приборов (не менее 10 шт.) одна инструкция на каждые 3 прибора. По требованию заказчика—1 инструкция на каждый прибор.

3. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ25-02-943—74 ГОСТ 2405—72 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работу прибора в течение 18 месяцев со дня его установки на место эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его в адрес потребителя, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации согласно ТУ25-02-943—74 и ГОСТ 2405—72.